

**Адкрытае акцыянернае таварыства
«Беларуськалій» (ААТ «Беларуськалій»)**

вул. Каржа, 5, 223710, г. Салігорск Мінскай вобласці
тэл. +375 174 298608, тэл./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/р BY52AKBB30120015900106600000
у ЦБП № 633 ААТ «ААБ Беларусбанк»
БІК АКВВВY2X г. Салігорск, вул. Казлова, 23а



**Открытое акционерное общество
«Беларуськалий» (ОАО «Беларуськалий»)**

ул. Коржа, 5, 223710, г. Солигорск Минской области
тел. +375 174 298608, тел./факс +375 174 263765
e-mail: belaruskali.office@kali.by, УНП 600122610
р/с BY52AKBB30120015900106600000
в ЦБУ № 633 ОАО «АСБ Беларусбанк»
БИК АКВВВY2X г. Солигорск, ул. Козлова, 23а

№ _____
На _____ ад _____

Участникам закупки
милливольтметра согласно перечню

Касательно предоставления
технико-коммерческого предложения
на поставку милливольтметра

Настоящим ОАО «Беларуськалий» приглашает Ваше предприятие принять участие в процедуре закупки путем изучения конъюнктуры рынка.

Закупке подлежит:

№ лота	Предмет закупки	Кол-во, шт.
1	Милливольтметр щитовой М42304	1

Просим Вас предоставить технико-коммерческое предложение на поставку вышеуказанного товара.

Техническая часть предложения, должна содержать: наименование товара; технические характеристики товара; гарантийные обязательства на товар.

Коммерческая часть предложения, должна содержать:

- цену товара;
- условия поставки;
- оплата за товар - по факту поставки, предпочтительна оплата с отсрочкой платежа не менее 45 календарных дней.
- срок поставки;

заявление участника о том, что Ваша организация:

- не была признана судом экономически несостоятельной или банкротом и не находится на любом этапе рассмотрения дела об экономической состоятельности или банкротства;

- не находится на какой-либо стадии прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) согласно законодательству государства, резидентом которого участник является;

- выполнил все свои обязательства, связанные с уплатой налогов и сборов в бюджет, согласно законодательству государства, резидентом которого участник является.

- не включен в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам.

- сведения о схеме поставки продукции в адрес покупателя после отгрузки от изготовителя;

Также просим предоставить экономические расчеты уровня отпускных цен (тарифов)/ уровня рентабельности на предмет закупки.

Для оценки и сравнения коммерческой части предложений, цены коммерческой части предложений участников (в случае их представления в разных валютах, с разными условиями поставки и оплаты) будут переведены в белорусские рубли и приведены к единым базисным условиям поставки и отсрочки платежа 45 календарных дней на условиях расчетов простым банковским переводом, исходя из ставки доходности 12%.

Обменный курс перевода цены предложений в белорусские рубли равен курсу Национального банка Республики Беларусь на дату проведения переговоров по снижению цены.

Ваше технико-коммерческое предложение просим направить на адрес электронной почты: mto@kali.by , **в срок не позднее 16.09.2025.**

С уважением,
Заместитель начальника УМТО

Н.М. Архипенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на милливольтметр аналоговый цифровой ЭВ-0630 или аналогичный

1. Назначение: для измерения термоэлектродвижущих сил термопар, установка на дожимающем компрессоре КДК-10.
2. Условия эксплуатации:
 - температура окружающего воздуха: от минус 30 °С до плюс 60 °С;
 - относительная влажность окружающего воздуха: не более 95 %.
3. Технические характеристики:
 - диапазон измерения – 0-40,0 mV;
 - класс точности – 1,5;
 - номинальное напряжение ($U_{\text{ном}}$) -31,488mV;
 - сопротивление (R_r) – 15,9±0,16 Ω;
 - внутреннее сопротивление ($R_{\text{вн.}}$) -5 Ω.
4. Прочие характеристики:
 - размер лицевой панели – 80x80;
 - вырез в щите – 77,5 мм;
 - длина шкалы – 65 мм;
 - габаритные размеры – не более 80x80x47 мм.
5. Количество: 1 штука.
6. Срок поставки: 2025 год.
7. Требования к документации и сертификации:
 - техническая документация по эксплуатации и ремонту;
 - паспорт с указанием содержания ДМ и ДК;
 - свидетельство о первичной государственной поверке лаборатории уполномоченной на проведение государственной поверки на территории Республики Беларусь, либо лаборатории, поверка которой признается на территории Республики Беларусь, с выполнением условий признания первичной поверки, указанным в Государственном реестре Республики Беларусь (шифр поверительного клейма, методика поверки и др.),
 - копии сертификата Госстандарта Республики Беларусь об утверждении типа СИ, описания типа, методики поверки (СИ должно быть внесено в Государственный реестр средств измерений Республики Беларусь). Вся документация должна быть представлена на русском языке.

Вся документация должна быть представлена на русском языке.
8. Другие специальные требования:
 - подтвердить возможность работы в составе дожимающего компрессора КДК-10;
 - наличие сервисного центра и поверочной лаборатории на территории Республики Беларусь;
 - ремонтпригодность.

Техническое предложение должно содержать ответы на все пункты в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

 - оно не отвечает требованиям технического задания;

- не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;
- участник, приславший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

№ 19525 от 11.09.2025

Копия документа, подписанного электронной цифровой подписью

Кем подписан	Дата и время	Серийный номер сертификата
Архипенко Наталия Михайловна	11.09.2025 09:37:33	29B72500306CE1B1CC2AE640
ЭЦП: 70CA859A03B647851B401A4DC89B523F816ED2A54F9168ECCB99942F77EE2C936E80631796519C8C525054715EDF29BF		
Файл документа: Приглашение..doc		

Проверил: _____