

УТВЕРЖДАЮ
главный инженер
ОАО «Беларуськалий»
И.А.Подлесный
19.12.2020

Типовое техническое задание № 5.4
на приобретение термометров манометрических

- 1 Назначение СИ – для измерения теплотехнических параметров и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующих устройств приборов.
 - 2 Технические требования: согласно технического приложения.
 - 3 Измеряемая среда: согласно технического приложения.
 - 4 Условия эксплуатации – температура окружающей среды от минус 10 °С до плюс 55 °С, относительная влажность не более 95 % при температуре 35 °С.
 - 5 Максимальное допустимое значение давления окружающей среды: 1,6 МПа при использовании без гильзы и 25 МПа при использовании с защитной гильзой.
 - 6 Диапазон измерения: согласно технического приложения.
 - 7 Длина соединительного капилляра: согласно технического приложения
 - 8 Напряжение питания сигнализирующего устройства: до 230 В ± 10 % с частотой (50 ± 1) Гц.
 - 9 Класс точности: согласно технического приложения.
 - 10 Срок службы: не менее 7 лет.
 - 11 Гарантийный срок: не менее 24 месяцев.
 - 12 Количество: согласно технического приложения
 - 13 Количество замыканий и размыканий выдерживаемых сигнализирующим устройством: не менее 100000 замыканий и размыканий.
 - 14 Другие специальные требования:
 - каждый манометрический термометр должен иметь заводской номер, не затираемый при эксплуатации (гравировка корпуса либо нанесение на шкалу прибора);
 - шкала давления выражена в градусах Цельсия.
 - должен быть ремонтнопригодный.
 - 15 Требования к документации и сертификации: техническая документация по эксплуатации, сведения о содержании ДМ и ДК, на каждый прибор должно быть предоставлено свидетельство о первичной поверке лаборатории аккредитованной в РБ для поверки в сфере законодательной метрологии (или признаваемое в соответствии с решением Госстандарта РБ). Действующий сертификат Госстандарта РБ об утверждении типа СИ, описание типа, методика поверки. Вся документация должна быть представлена на русском языке.
- Техническое предложение должно содержать ответы на все требования в последовательности, изложенной в техническом задании.

Предложение признается не соответствующим техническому заданию, если:

- оно не отвечает требованиям технического задания;
- не содержит ответов на все требования, изложенные в техническом задании;
- участник, предоставивший предложение, отказался исправить выявленные в нем ошибки или неточности.

Согласующий	Дата отправки	Срок согл-ния	Дата согл-ния	Результат согл-ния
Кальченко Д.П. Заместитель начальника управления по метрологии (Управление автоматизации\Объединенные вспомогательные цехи)	16.12.2020	21.12.2020	16.12.2020	Согласовано

Подписание

Подписывающий	Дата отправки	Срок подп-ния	Дата подп-ния	Результат подп-ния
Чечуха О.М. Начальник управления-главный метролог (Управление автоматизации\Объединенные вспомогательные цехи)	16.12.2020	21.12.2020	17.12.2020	Подписано

Утверждение

Утверждающий	Дата отправки	Срок утв-ния	Дата утв-ния	Результат утв-ния
Подлесный И.А. Главный инженер (Управление\Объединенные вспомогательные цехи)	17.12.2020	22.12.2020	19.12.2020	Утверждено

Регистрация

Регистрирующий	Дата отправки	Срок рег-ции	Дата рег-ции	Результат рег-ции
Гуринович Д.М.	21.12.2020	24.12.2020	21.12.2020	Зарегистрировано